



Mötesanteckningar sortimentgruppsmöte manuella rullstolar, dynor och drivaggregat

Plats: Centrum för hjälpmedel

Närvarande:

Från CFH:

☒ Charlotte Carling	☒ Murat Cetin	☒ Emma Erensjö
☐ Pernilla Hedlund	☐ Malin Jensen	

Representanter från länet:

☐ Nina Thomsen, Karlskoga las.	☐ Sara Östlund, Karlskoga las.
☒ Charlotte Nilsson, Örebro	☒ Fanny Clasén Nilsfors, Örebro
☐ Carina Björnram, Kumla	☐ Kajsa Eliasson, Kumla
☐ , Hällefors	☐ Camilla Sjöström, Lindesbergs las.
☒ Annelie Torpman Irebäck, Karlskoga	☐ Charlotta Nilsson, Karlskoga
☒ Malin Carlestav, USÖ	☐ Susanna Fanell, Vuxenhab.

1. Status för de olika sortimentsområdena

Manuella rullstolar

Priorrullstol med monterad elfunktion testades av förskrivaren. I ytterläget längst bak tippade stolen upp på tippskydden. CFH ska ta reda på om det finns det begränsningar för drivhjulposition med monterad eltilt.

Hållaren för eltilten är inte alltid med vid förskrivning. Återkoppling till rekond att de måste bli mer uppmärksamma på detta.

Rullstol vid benbrott; Kan inte förskrivare be familjen att hämta när det finns en bokad tid samma dag för inprovning hos patient? Jo, när det finns en bokad tid går det bra.

Hur utförs kontrollen av lumbalryggens möjlighet att låsas fasts på Crossen? Särskilt på Cross 5:orna går ibland inte att justera för det gå inte att dra åt muttrarna ordentligt när man lossat dem. Frågan ska tas med till rekond.

Bromsvajrarna på Cross 6 VB är styva och sticker ut. Stor risk att man fastnar i saker och människor när man går.

När man använder polstring på fotplattan så tenderar den att falla ner på benet. Kan ha ändrat sig med den nyare polstringen. Vid test fungerar det bättre med nya polstringen.

Vi har tittat på statistik gällande förskrivningsmönster och då visar det sig att vi i Örebro förskriver många Crossar med långt sitsdjup, vilket förvånade gruppen. CFH ska titta lite närmare på statistiken och se vad det kan bero på och se vilka insatser som ska göras för att



ändra på det. Med nya Cross 6:an är det väldigt sällan en lång ram behövs eftersom den standarddjupa kan ställas in med 49 cm sitsdjup.

Drivaggregat

Kriterierna; Innan förskrivning ska följande ha uteslutits: elrullstol. Kan vi nyansera texten lite här; Mer att elrullstol ska "beaktas"/ses som ett alternativ. I vissa ärenden är det inte helt jämförbara hjälpmedel.

Dynor

Dynor i höjd 7-10 cm tryckfördelande saknas mest för snabb leverans. Men upplevelsen är att det är inköp, som ger längre leveranstider, på det mesta.

2. Utbildningar

Sittande i komfortrullstol, den åldrande kroppen. 5 och 6 november. En heldag, teori på fm och mekning av Azalea på em. Info kommer i nästa nyhetsbrev. Anneli återkommer om bokning av lokal i Karlskoga.

3. Allmän information från CFH

Murat Cetin kommer att sluta på CFH och börja arbeta på Klosterbacken. Gunnel Karlsson kommer att komma in på timmar och ta utprovningar av komfort- och allroundrullstolar medans rekrytering pågår.

Evelina Viscons har just börjat som hjälpmedelskonsulent i Kundtjänst.

Elisabeth Damberg kommer att sluta som enhetschef på CFH.

4. Övriga frågor

5. Nästa möte

25 nov 13:00